

Agujas hipodérmicas para un solo uso
Código de color para la identificación
(ISO 6009:2016)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 111 *Aparatos y dispositivos médicos y quirúrgicos*,
cuya secretaría desempeña FENIN.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 6009

UNE-EN ISO 6009

Agujas hipodérmicas para un solo uso
Código de color para la identificación
(ISO 6009:2016)

Hypodermic needles for single use. Colour coding for identification (ISO 6009:2016).

Aiguilles hypodermiques non réutilisables. Code de couleurs pour l'identification (ISO 6009:2016).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 6009:2016, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 6009:2016.

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 6009:1995 y UNE-EN ISO 6009:1995/AC:2008.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN ISO 6009

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depósito legal: M 10135:2017

© UNE 2017

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

Prólogo europeo	5
Declaración.....	5
Prólogo	6
0 Introducción.....	7
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Términos y definiciones.....	7
3 Código de color.....	8
Anexo A (Informativo) Muestras de los colores de referencia.....	9
Bibliografía	12

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma internacional establece un código de color para la identificación de agujas hipodérmicas para un solo uso de tamaños métricos designados comprendidos entre 0,18 mm (34 *Gauge*) y 3,4 mm (10 *Gauge*). Es aplicable a agujas de espesor de pared normal, delgada, extra delgada y ultra delgada, y a colores opacos y transparentes.

Esta norma internacional no es aplicable a las agujas de plumas inyectoras de fármacos.